

**ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΣΕ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΝΕ**

Καύσιμο	Περιεκτικότητα σε Υγρασία	K1 gross	K1 net	K2	K3	K4	O2 ref
Wood Ξύλο	50 % H ₂ O	0,685	0,763	20,4	20,08	65	10%
Wood Ξύλο	30 % H ₂ O	0,638	0,702	20,4	11,43	65	10%
Πυρηνόξυλο		0,792	0,929	18,33	9,73	73	10%
Pellets	Αποξηραμένο ~0% H ₂ O	0,629	0,67	20,1	6,97	65	10%
L.P.G Υγραέριο	---	0,399	0,437	13,91	7,20	32	3%
Βιοαέριο		0,577	0,619	17,66	0,98	52	3%
Μαζούτ		0,510	0,540	15,80	5,70	48	3%

Σημείωση: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ([ΦΕΚ 'B 2654/09.11.2011](#)), κατά την μέτρηση εκπομπών ρύπων στα pellets πρέπει να αλλαχθεί και η ένδειξη οξυγόνο αναφοράς (O₂ REF) στο μενού του αναλυτή καυσαερίων από 3% σε 10%.